

宜昌市中医医院

询价通知书

项目编号： ZYZ-01-20230818

项目名称：宜昌市中医医院辐射巡检仪及辐射报警仪采购项目

宜昌市中医医院

2023 年 08 月

目 录

第一章 询价邀请函.....	3
第二章 供应商须知.....	5
供应商须知前附表.....	5
一、总 则.....	6
二、响应文件的编制.....	6
三、响应文件的份数封装和递交.....	7
四、确定成交供应商办法.....	7
五、签订合同.....	9
六、公告、质疑.....	9
七、项目验收.....	10
第三章 采购需求.....	10
一、项目清单、技术、服务要求.....	10
二、商务要求.....	13
第四章 合同格式.....	15
第五章 响应文件格式.....	18
商务文件组成.....	19
报价一览表.....	20
货物、服务清单.....	22
法定代表人授权书.....	23
售后服务承诺.....	24
资格证明文件.....	25
技术文件组成说明.....	26

第一章 询价邀请函

宜昌市中医医院对辐射巡检仪及辐射报警仪采购项目进行公开询价采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

一、采购项目编号： ZYZ-01-20230818

二、采购项目名称： 宜昌市中医医院辐射巡检仪及辐射报警仪采购项目

三、采购项目控制价： 45000 元（大写人民币肆万伍仟元整）

四、采购内容： 辐射巡检仪 1 台、辐射报警仪 4 台

五、供应商资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3、有社会保障资金缴纳良好记录；
- 4、有类似业绩；
- 5、本项目不接受联合体投标；
- 6、供应商必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

特殊资质要求：

- 1、采购第三类医疗器械供应商需提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营许可证；采购第二类供应商需提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械提供备案管理；采购第一类医疗器械不需要许可和备案。

六、询价通知书获取时间和获取方法：

- 1、获取时间：从 2023 年 08 月 30 日至 2023 年 09 月 04 日。
- 2、获取方法：本次公告仅在宜昌市中医医院官网(<http://www.yczyy.com.cn/>)上发布。供应商可在网站通知公告栏下载询价通知书。

七、响应文件递交截止时间和递交地点

- 1、响应文件截止时间：2023 年 09 月 04 日上午 09 时 30 分，为优化营商环境，推行电子评标，投标文件发送至 QQ 邮箱，潜在投标人无须到达现场。
- 2、邮箱号码：379139680@qq.com

八、开标时间和地点：

- 1、询价时间：2023 年 09 月 04 日上午 10 时 00 分。
- 2、询价地点：宜昌市中医医院采购管理科。

九、公告期限

自公告发布之日起 3 个工作日。

十、联系方式

采购人：宜昌市中医医院

联系人：李佳

联系电话：0717-6472113

联系地址：宜昌市胜利三路 2 号

宜昌市中医医院
2023 年 08 月 29 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

注：请在方框□内划√选择。

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	宜昌市中医医院辐射巡检仪及辐射报警仪采购项目
2	采购人	名称：宜昌市中医医院 地址：宜昌市胜利三路2号 电话：0717-6472113 联系人：李佳
3	供应商资格条件	1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3、有社会保障资金缴纳良好记录； 4、有类似业绩； 5、本项目不接受联合体投标； 6、供应商必须未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 特殊资质要求： 1、采购第三类医疗器械供应商需提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营许可证；采购第二类供应商需提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械提供备案管理；采购第一类医疗器械不需要许可和备案。
4	联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受
5	样品提供的规定	☒ 不要求提供 ☐ 要求提供
6	信息公告媒体	《宜昌市中医医院官网》 http://www.yczyy.com.cn/
7	响应文件递交截止时间	2023年09月04日上午09时30分。
8	询价时间、地点	询价时间：2023年09月04日上午10时00分 询价地点：宜昌市中医医院采购管理科
9	询价小组的组建及询价专家的确定方式	采购人依法组建询价小组共3人组成，其中采购人代表壹人和专家评委贰人。

		询价专家确定方式： ☐ 计算机随机抽取语音通知方式 ☒ 其他方式：
10	响应文件份数	电子投标文件 1 份
11	询价服务费	本次询价不向成交供应商收取成交服务费。

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本询价通知书适用于本询价邀请函中所述的货物类采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：宜昌市中医医院。

2.2 “报价供应商”是指：符合本询价通知书规定并参加本项目的供应商。

2.3 “成交供应商”是指：经询价小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的报价供应商。

2.4 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指：除货物和工程以外的其他对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商必须具备的基本条件

符合询价通知书“询价邀请函”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

4. 询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用其他文字，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给询价造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6. 响应文件的组成 响应文件由以下内容组成：

6.1 商务文件(详见第五章商务文件组成)

6.2 技术文件(详见第五章技术文件组成)

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量

单位。

8. 报价要求

8.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

8.2 总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现, 包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

8.3 对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.4 供应商要详细填写“报价一览表”和“供货清单”中的内容。响应文件须加盖供应商单位公章以及法定代表人的签章。

8.5 询价小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价, 使得其报价可能低于其个别成本的, 应当要求该供应商现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标, 否决其响应文件。

三、响应文件的份数封装和递交

9. 响应文件的份数

9.1 供应商应当编制电子版响应文件 1 份。

11. 响应文件的递交

11.1 响应文件的递交。供应商法人或授权代表人持身份证原件在规定的询价时间前递交响应文件。逾期送达的, 或者未送达指定地点, 以及未按指定方式送达的响应文件, 采购人不予受理。

12. 迟交的响应文件

12.1 采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间之后送达的任何响应文件。建议于响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成响应文件的制作与递交。

四、确定成交供应商办法

13. 成立询价小组

13.1 询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成 (超过询价数额标准的货物采购项目, 由 5 人以上单数组成), 其中评审专家的人数不少于询价小组成员总数的 2/3。专家成员由院方指定。

14. 响应文件的评审

14.1 询价小组对供应商递交的响应文件进行资格和符合性检查, 以确定其供应商是否具备参加报价的资格。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选供应商; 采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

14.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授

权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.3 参加询价的供应商,应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。询价小组在询价评审时不得改变询价通知书所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

资格性检查和符合性检查内容及标准

序号		检查内容	检查标准
1	资格性检查	具有独立承担民事责任的能力	提供市场监督管理主管部门核发的有效营业执照复印件
		产品所具备的资质	提供医疗器械产品注册证复印件
		有社会保障资金缴纳良好记录	按照采购文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函”
		具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	按照采购文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函”
		有类似业绩	提供近 3 年来与其他单位签订的销售类似医疗设备的业绩 2 个(提供合同或中标通知书或购货发票)
		法人或授权代表资格	提供法定代表人授权委托书原件
		信用记录	响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
		特殊资质	采购第三类医疗器械供应商需提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营许可证；采购第二类供应商需提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械提供备案管理；采购第一类医疗器械不需要许可和备案。
2	符合性检查	供应商名称	供应商名称是否与营业执照、税务登记、组织机构、资质证书等一致
		响应文件签署	按询价通知书要求在规定区

	查		域加盖单位公章和法定代表人签章
		供应商提供的货物清单是否符合“第三章采购需求”的要求	供应商提供的货物清单是否符合第三章“采购需求”的要求 技术参数负偏离不超过 1 个
		报价是否有效	只有一个有效报价且未超过医院采购控制价

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

14.4 响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应询价通知书要求的无效文件：

- 1) 未按照询价通知书规定缴纳保证金的；
- 2) 未按照询价通知书规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 不具备询价通知书中规定资格要求的；
- 4) 不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

14.5 响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次报价的资格。

15.1 询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选供应商；采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2 成交供应商确定后，采购人将在宜昌市中医医院官网 <http://www.yczyy.com.cn/> 上发布成交公告。

五、签订合同

16.1 成交供应商按规定与采购人签订供货合同。

16.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，采购人有权取消其成交资格。

六、公告、质疑

17.1 将在指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等询价程序中所有信息。成交公告期限为 1 个工作日。

17.2 如果供应商对此次采购活动有疑问，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 质疑人法人签章和单位公章；
- (3) 具体的质疑事项及事实依据；
- (4) 明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
- (5) 以联合体形式参与询价的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- (6) 提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。

17.3 成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答

复，并将结果告知所有当事人。

17.4 质疑供应商对采购人答复不满意，可在 15 个工作日内向监管部门投诉。

17.5 供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，采购人将不予答复。

七、项目验收

18.1 项目实施完毕，采购人对供应商履约的验收。

18.2 验收标准:询价通知书、响应文件、合同规定的标准。

第三章 采购需求

一、商务部分

1. 货物需求单位：宜昌市中医医院

2. 货物需求名称及数量：

序号	设备名称	数量	单位	最高限价（元）/台
1	辐射巡检仪	1	台	43000
2	辐射报警仪	4	台	500
合计（元）				45000

3. 货物交货地点：宜昌市中医医院指定地点。

4. 货物交货方式：免费送货上门，按国家及现行行业标准进行验收。

5. 货物交货期：合同签订后 10 日历日。

6. 货物质保期：1 年。

7. 货物付款条件：货物付款方式有以下两种方式，在签订合同时由双方确定：

（1）医院优先使用专项资金支付，设备经验收合格、办理入库、中标人提供合规发票后，在专项资金到位情况下，首次支付合同金额的 90%，使用正常一年后支付合同金额的 10%。

（2）医院在采取其他资金支付情况下，设备经验收合格、办理入库、中标人提供合规发票后，首次支付合同金额的 50%；正常使用满半年后，支付合同金额的 20%；正常使用一年后支付合同金额的 30%。

8. 货物付款方：宜昌市中医医院。

9. 产品验收：

1) 供应商必须提供产品原产地出厂等证明文件，必须保证是最新出厂的产品。采购人与供应商在产品到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决；如上述证明文件或相关手续不全，如果出现不是最新

出厂的产品或不符合合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利。

2) 依合同要求对全部产品的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3) 所有产品在磋商文件所规定的地点和环境下，实现正常运行，并达到合同要求的性能。

4) 产品性能指标或功能上不符合采购需求时，采购人保留索赔及退货权利。

5) 到货验收且验收合格后由采购方相关部门签署货物验收合格报告。验收合格报告签署日期作为维保责任起始时间。采购方对成交供应商交付的所有货物，均应妥善接收并按货物条件进行保管。

注：*货物需求名称及数量、货物交货地点、货物交货方式、货物交货期、货物质保期、货物付款条件为商务部分的实质性内容，供应商须完全响应，任何一条不响应将作为无效响应处理。

二、技术部分

总体要求：供应商所投产品须提供该产品制造商出具的技术证明文件（须由货物制造商或其直属机构盖章）予以佐证, 证明文件包括该产品技术白皮书或第三方检验报告或使用说明书，或提供该产品制造商公开发行的宣传彩页；如供应商未按以上要求提供基础技术资料或提供的基础技术资料不全，评审时可作为不响应处理。标注了*号指标应载明证明文件在响应文件中的具体页码及查询方式，未提供或检索不到证明文件的视为不响应。

辐射巡检仪技术规格及要求

（说明：以下是单台/套设备的技术要求）

序号	技术和性能参数名称	技术和性能参数要求
*1.1	探测器	持续辐射：50 nSv/h -10 Sv/h 短时辐射：5 μ Sv/h - 10 Sv/h
*1.2	剂量当量测量范围	20 nSv- 10 Sv
1.3	能量范围	20 keV -10 MeV
*1.4	137Cs 不同能量的敏感度	15keV-60keV $\pm 35\%$ 60keV-3MeV $\pm 25\%$ 3MeV-10MeV $\pm 50\%$
1.5	短时辐射的最小持续时间	30 ms
1.6	持续及短时辐射固有相对误差	$\pm 15\%$ max
2.1	脉冲辐射	$\pm 30\%$ max
2.2	137Cs 灵敏度	70 cps/ μ Sv $\cdot$ h ⁻¹
*2.3	137Cs 伽马辐射剂量率的测量时间（统计误差 $\pm 15\%$ （P=0.95））	50nSv/h： ≤ 60 s 50 μ Sv/h： ≤ 10 s $\geq 2\mu$ Sv/h（最大 10Sv/h）： ≤ 2 s
2.4	90Sr + 90Y 的 β 辐射的灵敏度	3-10 μ Sv/h $\cdot$ Bq ⁻¹
2.5	自动设置时间	不低于 1 min
2.6	电源供电及持续运行时间	可替换或直流供电电源 不低于 20 h
2.7	防护等级	不低于 IP5

辐射报警仪技术规格及要求

(说明：以下是单台/套设备的技术要求)

序号	技术和性能参数名称	技术和性能参数要求
1.1	探测器	能量补偿型 GM 计数管
1.2	累计剂量量程	0.00 μ Sv - 10Sv
1.3	剂量率量程	0.1 μ Sv/h - 10mSv/h
1.4	相对误差	<10%(在 1mSv/h 左右)
1.5	灵敏度	0.25cps/ μ Sv/h(相对于 137Cs)
1.6	能量响应	48keV - 1.5MeV
1.7	功耗	<15mW

注：标书中标注“*”号的参数为关键性技术参数，未标注“*”号的参数为一般性技术参数，技术参数负偏离不超过 1 个。

第四章 合同书（格式）

宜昌市中医医院医疗设备购置合同

编号：***号

甲方：宜昌市中医医院（以下简称：甲方）

乙方：（以下简称：乙方）

经甲、乙双方协商达成如下购置协议：

一、甲方同意购买乙方销售的产品：

产品名称	产地	品牌型号	数量	单价
------	----	------	----	----

二、设备主要配置情况：。

三、合同价格：成交价：***元

人民币（大写）：***元整。

四、其他优惠条件：

五、交货时间：***年**月**日之前，交货时间延迟甲方可拒绝收货。详见第十五条第一点和第二点。

六、交货地点：宜昌市中医医院指定地点

七、包装方法及费用负担：暂不作特殊要求但其费用由乙方负担，随机附带盖红章的设备证件，中文铭牌。甲方收到设备时包装应完整，内外包装与乙方工作人员共同开箱，内外包装有破损甲方要求退货。

八、运输方法及费用负担：暂不作特殊要求但其费用由乙方负担，乙方负责将设备完好送到甲方使用科室。

九、安装方法及费用负担：乙方销售人员和厂家安装工程师在甲方现场安装其费用由乙方负担。

十、培训方法及费用负担：培训分为现场操作培训和临床应用培训，其培训责任和费用都由乙方负担，乙方应确保甲方操作者能安全、熟练的操作和正确应用该设备。涉及到设备的安全使用及可能引起损坏的重要事项培训时书面告知操作者和验收人员并双签字，否则视为乙方培训不到位，由此引起的损失由乙方负责。

十一、验收方法：

1、安装方式：甲方收到设备后暂作保管但不开箱，待乙方销售人员和厂家安装工程师同时到场后再共同拆箱安装，开箱后若发现设备与本合同及投标文件中的产品配置不符，视为乙方违约，甲方可拒绝安装，同时终止该合同。

2、验收时间：设备安装并培训能正常使用后三日内完成验收工作。

3、验收方式：查看待验收设备与本合同规格型号、品牌、数量等是否一致，外观是否良好，附件和证件是否齐全，同时按设备性能参数现场检测。

4、验收标准：以《医疗器械监督管理条例》为验收标准，特殊设备按相关国家标准或部颁标准验收，乙方销售给甲方的设备必须是验收日当年或一年以内（生产日期与验收日期不超过一年时间）生产的新设备。

5、验收人员：甲方人员由使用科室负责人、设备科人员、财务资产管理人员组成，乙方人员由销售人员和厂家安装工程师组成，双方共同签署验收意见，并注明验收日期。

十二、保修期限及内容：自验收合格之日起计算保修期，非人为损坏***免费保修***年。

十三、维修方式：设备出现故障后，乙方 12 小时内响应，不超过 24 小时内派人到现场维修。不及时到场按第十五条第四点处理。

十四、付款方式：

医院优先使用专项资金支付，设备经验收合格、办理入库、乙方提供合规发票后，在专项资金到位情况下，首次支付合同金额的 90%，使用正常一年后支付合同金额的 10%。医院在采取其他资金支付情况下，设备经验收合格、办理入库、乙方提供合规发票后，首次支付合同金额的 50%；正常使用满半年后，支付合同金额的 20%；正常使用一年后支付合同金额的 30%。

十五、违约责任：

1、乙方延迟交货 30 天以上视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总金额 5%的违约金，甲方酌情考虑是否收货。

2、乙方延迟交货 60 天以上视为乙方违约，甲方可拒绝收货并解除该购置合同；同时取消乙方在甲方的供货资格。

3、乙方向甲方供应不符合《医疗器械监督管理条例》规定的产品，取消乙方在甲方的供货资格。并承担由此给甲方造成的损失。

4、乙方在合同期内因售后服务不及时（通知后一周内未解决视为售后服务不及时）作为乙方违约一次，乙方应向甲方支付合同总金额 1%的违约金，多次违约以此类推，违约金在货款中扣除。

5、甲方未按合同及时付款视为甲方违约，每延迟一天向乙方支付合同总金额 0.05%的违约金，因乙方原因引起延迟付款除外。

十六、乙方不得向甲方任何人采取任何违规违法促销手段，包括请吃、送礼、回扣等，一经查实，甲方将单方终止合同，并上报有关部门。

十七、合同争议

1、设备证件、设备标示标牌、相关经销资质双方有争议向宜昌市食品药品监督管理局申请仲裁。

2、其他争议双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十八、本协议一式肆份具有同等法律效力，甲方执正本肆份存查（审计科、财务科、设备科、采购办），乙方执正本壹份存查。

甲方：宜昌市中医医院	乙方：
法定代表人或授权代表：	经办人：
	经办人身份号：
电话：	
2022 年 月 日	2022 年 月 日

第五章 响应文件格式

宜昌市中医医院

询价响应文件

项目编号：_____

项目名称：_____

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____年____月____日

商务文件组成

目 录

- 1、报价一览表；
- 2、技术偏离表
- 3、供货清单；
- 4、法定代表人授权书；
- 5、售后服务承诺；
- 6、资格证明文件；
- 7、中小企业声明函

报价一览表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	货物/服务 名称	品牌、型号	数量	项目总报价
1	辐射巡检仪			
2	辐射报警仪			
项目总报价		小写： 大写：		
交货期/服务期		(单位：日历天)		
质保期		(单位：年)		

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

3. 投标价格不能超过总控制价格，超过控制价格、设备质保期低于1年为废标。

供应商名称（签章）：_____

供应商法定代表人（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

技术响应、偏离说明表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	询价通知书要求部分	响应文件具体响应部分	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

说明：供应商应对照询价通知书“第三章 采购项需求”，逐条说明所提供货物和服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将可能导致报价被拒绝。

供应商名称（签章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

货物、服务清单

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	货物/服务名称	主要规格、技术参数	数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

说明：1. 提供所供货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2. 各项货物、服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

供应商名称（签章）：_____

供应商法定代表人（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权书

(采购人名称):

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的编号为(项目编号)的(项目名称)询价采购活动的代表人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

供应商名称(签章): _____

供应商法定代表人(签章): _____

日期: _____年____月____日

附: 代理人工作单位: _____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

粘贴被授权人身份证(扫描件)

售后服务承诺

资格证明文件

- 1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或新三证合一营业执照复印件（加盖公司公章）。
- 2、提供法人代表授权书（投标人与法人身份一致的可不提供）。
- 3、法人或被授权代表身份证复印件。
- 4、企业资质证书；

技术文件组成说明

由各供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

- 1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；
- 2、货物介绍、项目建设方案；
- 3、供应商认为需提供证明文件及其它资料。

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。

供应商资格声明承诺函

宜昌市中医医院：

_____(供应商名称)参加贵公司组织的_____(项目名称)项目(项目编号：_____)的政府采购活动，根据询价通知书的规定提交相关资格证明文件。

本单位郑重声明如下：

1. 具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；
2. 已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；
3. 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；
4. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；
5. 经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6. 本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
7. 我公司以非联合体身份参与本项目报价。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

中小企业声明函 (适用于货物类项目)

宜昌市中医医院:

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加_____ (采购人名称)的_____ (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称,即货物名称),属于_____ (填写采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_____ (制造商名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报),属于_____ (填写:中型企业、小型企业、微型企业);
2. _____ (标的名称,即货物名称),属于_____ (填写采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_____ (制造商名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报),属于_____ (填写:中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

说明:

- 1、供应商提供的货物中有大型企业制造货物的不填写本声明函。
- 2、货物制造商所属行业为**工业(制造业)**。
- 3、本声明函所有带下划线的内容均需填写。

供应商名称(盖章): _____
日 期: _____年____月____日